

**TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1**

**Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội**

**Điện thoại: 04.37567285 / Fax: (043)7564244**

**GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
*(Measurement & Testing Certificate)*

**Số (N<sup>o</sup>): TN.92.20**

Tên đối tượng (*Object*): Cân đĩa điện tử

Kiểu (*Type*): **FRJ-1000**

Nơi sản xuất (*Manufacture* **Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd (Trung Quốc)**)

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*):

<b>Max:</b>	1000 g	<b>Min:</b>	2 g
<b>Giá trị độ chia kiểm:</b>	e = 0.1 g	<b>Cấp chính xác:</b>	3
<b>Giá trị độ chia:</b>	d = 0.1 g	<b>Kích thước cân:</b>	(215 x 145 x 45) mm
<b>Bộ chỉ thị:</b>	do hãng Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd – Trung Quốc sản xuất đồng bộ; số lượng: 01 bộ		
<b>Loadcells:</b>	Do hãng Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd – Trung Quốc sản xuất đồng bộ; số lượng: 01 bộ;		
<b>Đĩa cân:</b>	nhựa dày 3 mm; kích thước Ø130 mm		


Cơ sở sử dụng (*Customer*): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

57 Đường D1, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phương pháp thực hiện (*Method of testing*): ĐLVN 100:2002

Kết quả (*Results*): Xem biên bản thử nghiệm số 92/BBTN-2020

**P.Trưởng phòng thí nghiệm**  
(Head of the calibration Laboratory)



**Lê Danh Huy**

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020  
(Date of issue)  
**GIÁM ĐỐC**  
Director



**Nguyễn Trọng Lợi**

Trang: 1/2  
(No of paper)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm SMEDEC1

*(This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of organization)*



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Dotted lines for writing results.

