

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): **M.1473.17N**

Tên phương tiện đo/Measuring instrument: **Cân phân tích PA214**

Kiểu/Type: **Điện tử - Hiện số** Số/Serial N^o: **B641138264**

Cơ sở sản xuất/Manufacturer: **Ohaus**

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: **Max = 210 g**
- Giá trị độ chia kiểm: **e = 10d = 1 mg; d = 0.1 mg**
- Mức cân nhỏ nhất: **Min = 50 mg**
- Cân cấp chính xác: **1**

Nơi sử dụng/place: **Số 311 Đường Trần Hưng Đạo, Kp Tây A, P. Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương**

Đơn vị sử dụng/User: **DNTN Kim Hoàng**

Kiến nghị/recommendations

Phương pháp kiểm định/The method used: **ĐLVN 16:2009**

Kết luận/Conclusions: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**

Tem kiểm định số/Verification stamp N^o: **14A-04813**

Có giá trị đến/ Valid until: **31-7-2018**

Kiểm định viên
Verifier



Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

RESULTS OF VERIFICATION

Handwriting practice lines with a large blue watermark reading 'Scribble' diagonally across the page.