

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): **M.1599.17N**

Tên phương tiện đo/Measuring instrument: **Cân phân tích ATY 224**

Kiểu/Type: **Điện tử - Hiện số** Số/Serial N^o: **D 307530986**

Cơ sở sản xuất/Manufacturer: **Nhật Bản**

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: **Max = 220 g**
- Giá trị độ chia kiểm: **e = 10d = 1 mg; d = 0.1 mg**
- Mức cân nhỏ nhất: **Min = 50 mg**
- Cân cấp chính xác: **1**

Nơi sử dụng/place: **KP 4 ẤP 8, X. AN PHƯỚC, H. LONG THÀNH, ĐỒNG NAI**

Đơn vị sử dụng/User: **DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM CẨM DƯ**

Kiến nghị/recommendations: **Sử dụng cân vàng trong phạm vi 50 mg đến 220g**

Phương pháp kiểm định/The method used: **ĐLVN 16:2009**

Kết luận/Conclusions: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**

Tem kiểm định số/Verification stamp N^o: **14A-05067**

Có giá trị đến/Valid until: **31-08-2018**

Kiểm định viên
Verifier

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)