

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): M.1611.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument: **Cân phân tích PA214**

Kiểu/Type: **Điện tử - Hiện số** Số/Serial No: **B641138280**

Cơ sở sản xuất/Manufacturer: **Ohaus**

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 210 g
- Giá trị độ chia kiểm: e = 10d = 1 mg; d = 0.1 mg
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 50 mg
- Cân cấp chính xác: 1

Nơi sử dụng/place: **818B đường 30, Ấp 3, X. An Hòa, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp**

Đơn vị sử dụng/User: **Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát**

Kiến nghị/recommendations

Phương pháp kiểm định/The method used: **ĐLVN 16:2009**

Kết luận/Conclusions: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**

Tem kiểm định số/Verification stamp No: **14A-05906**

Có giá trị đến/ Valid until: **30-08-2018**

Kiểm định viên
Verifier


Lê Vĩnh An

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

(Date of issue)

GIÁM ĐỐC

Director




Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)