

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244

Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o); M.509.17N

Tên phương tiện đo/Measuring instrument:

Cân kỹ thuật PA413

Kiểu/Type:

Điện tử - Hiện số

Số/Serial N^o: B446247085

Cơ sở sản xuất/Manufacturer:

Ohaus

Đặc trưng kỹ thuật/Technical characteristic:

- Mức cân lớn nhất: Max = 410 g
- Giá trị độ chia kiểm: e = 10d = 0.01; d = 0.001g
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 0.2 g
- Cân cấp chính xác: 2

Nơi sử dụng/place:

Ấp Thuận An, X. Truong Mít, H. Dương Minh Châu, T. Tây Ninh

Đơn vị sử dụng/User:

Tiệm vàng Ngọc Út

Kiến nghị/recommendations

sử dụng cân vàng trong phạm vi 30g đến 410g

Phương pháp kiểm định/The method used:

ĐL VN 16:2009

Kết luận/Conclusions:

Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Tem kiểm định số/Verification stamp N^o:

14A-04682

Có giá trị đến/Valid until:

30-04-2018

Kiểm định viên
Verifier

Lê Danh Huy

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi